Sådan udskifter du reservoiret
i insulinpumpen, Tandem t:slim X2



OBS! *Dette materiale er en forkortet instruktion. Der vises kun visse trin og skærmbilleder. For mere detaljeret information henvises til brugervejledningen for insulinpumpen Tandem t:slim X2.*

Inden du begynder udskiftningen, skal du fylde et nyt og ubrugt reservoir med insulin. Se side 3 og 4 for detaljerede instruktioner på, hvordan man fylder et reservoir.



1



Fra startskærmen, tryk på **INDSTILLINGER.** Tryk på Påfyld. Tryk på Udskift reservoir. Tryk ✓ for at bekræfte at al insulindosering stoppes.

2



Kobl infusionssættet fra din krop og bekræft at dette er gjort, ved at trykke på ✓

3



Når dette billede viser sig på skærmen, fjern det brugte reservoir og isæt det nye fyldte reservoir. Tryk på det blå ikon med hængelåsen (=LÅS OP). Tryk derefter på ✓ for at fortsætte. Vent/lad pumpen være, mens **REGISTRERER RESERVOIR** vises på skærmen.

4



Sørg for, at infusionssættet er frakoblet kroppen.

Når pumpen har registreret det nye reservoir, skal du tilslutte slangen fra infusionssættet til tilkoblingen på reservoirslangen. Drej med uret, indtil den er helt stram. Tryk **OK** for at komme videre til næste skærm og påbegynde fyldningen af slangen med insulin.

5



Inden du trykker **START,** for at fylde slangen, skal pumpen vende med reservoirtilslutningen opad for at sikre, at eventuel rest luft i reservoiret fjernes.

Tryk på START. Afhængig af dine lydindstillinger kan pumpen både vibrere og bippe samtidigt, mens slangen fyldes med insulin.

FYLD IKKE slangen, når infusionssættet er koblet til din krop.

6



Tryk på **STOP**, når du har set tre dråber insulin komme ud fra indføringsnålen på infusionssættet. Bekræft, at du så dråber ved at trykke på **FÆRDIG**.

7



Applicér det nye infusionssæt, og tryk derefter på **Fyld Kanylen** .

Hvis du anvender TruSteel™ skal du IKKE fylde kanylen, da stålkanylen fyldes samtidigt med, at du fylder slangen. Du kan da gå videre til trin 9.

8




Afhængigt af, hvilket infusionssæt, og derved længden af det bløde kateter, du anvender, bruges der forskellige fyldningsmængder. Se brugervejledningen for det infusionssæt, du anvender. Rediger eventuelt fyldningsmængden. Tryk derefter på START. Vent, til pumpen automatisk stopper påfyldningen.

9



Når alle trin er gennemført, kan du indstille en påmindelse om skift af infusionssæt. Hvis du vil ændre påmindelsestidspunktet eller datoen kan du gøre dette ved at trykke på Rediger påmindelse. Hvis du redigerer i din påmindelse så husk at bekræfte og gemme dine ændringer

10



For at færdiggøre udskiftningen af reservoiret Tryk på . En påmindelse om at teste BG om 1-2 timer vises.

11



Tryk på for at genoptage insulindoseringen, når du er klar. Skærmen **GENTOPTAGER INSULIN-DOSERING** vises midlertidigt.


HUSK ALTID AT
holde øje med dine sensorværdier og/eller kontrollere dit blodsukker 1-2 timer efter applicering af et nyt infusionssæt for at sikre, at infusionssættet fungerer, som det skal.


Fyld et Tandem t:slim X2™ reservoir fra et hætteglas

OBS! *Dette materiale er en forkortet instruktion. Der vises kun visse trin og skærmbilleder. For mere detaljeret information henvises til brugervejledningen for insulinpumpen Tandem t:slim X2.*




1. Kontroller pakken med kanyle- og påfyldningssprøjte for tegn på skader. Kassér produkter, der er skadet.
2. Vask dine hænder grundigt. Desinficer gummimembranen på hætteglasset med en desinfektionsserviet.
3. Drej kanylen grundigt fast på påfyldningssprøjten. Fjern forsigtigt nålehætten ved at trække den udad.
4. Træk luft i påfyldningssprøjten, svarende til den mængde insulin, der skal bruges.
5. Før kanylen ind i hætteglasset, som skal stå lodret. Tryk luften fra påfyldningssprøjten ind i hætteglasset. Bevar trykket på stemplet **(se figur A).**
6. Vend hætteglasset og påfyldningssprøjten på hovedet mens kanylen stadig sidder i hætteglasset. Slip stemplet. Insulinet vil nu begynde at flyde fra hætteglasset til påfyldningssprøjten **(se figur B).**








Fyld sprøjten med den mængde insulin, du har brug for indtil næste skift af reservoir, og læg yderligere 50 enheder i tillæg til den beregnede mængde. Vi anbefaler mindst 120 E totalt.

7. Træk stemplet tilbage til den ønskede mængde insulin.
8. Mens kanylen stadig sidder i hætteglasset og hætteglasset vender på hovedet, bank på påfyldningssprøjten, så eventuelle luftbobler stiger til vejrs. **(se figur C).** Tryk derefter stemplet forsigtigt opad, og tryk eventuelle luftbobler tilbage i hætteglasset.
9. Kontroller påfyldningssprøjten for luftbobler, og gør en eller flere af følgende: Gentag trin 8, hvis der ses luftbobler. Hvis der ikke ses luftbobler, kan du fjerne kanylen fra hætteglasset.
10. Inspicer pakken med reservoir, og kassér skadede produkter.
11. Åbn pakken og tag reservoiret ud.
12. Hold reservoiret så T-lock tilslutningen peger opad **(se figur D)**, og før forsigtigt kanylen ind i den hvide membran på toppen af reservoiret **(se figur E).** Den kan stoppe halvvejs, men den kan også gå hele vejen ned. BEGGE varianter er OK.
13. Inden man fylder et nyt reservoir med insulin, er det vigtigt, at man først trækker luft ud af reservoiret. Hold påfyldningssprøjten lodret på linje med reservoiret mens kanylen fortsat sidder i membranen, og træk forsigtigt tilbage på stemplet **(se figur F)**. Dette fjerner eventuel tilbageværende luft i reservoiret. Det er nok at trække 1-2 luftbobler ud af reservoiret.












Fortsættes på næste side.

14. Sørg for, at kanylen stadig sidder i membranen, og slip stemplet. Trykket vil dermed trække stemplet til sin udgangsposition, men vil IKKE trykke luft tilbage i reservoiret.
15. Træk påfyldningskanylen ud af membranen.
16. Vend påfyldningssprøjten med nålen opad, og træk stemplet ned **(se figur G)**. Slå på påfyldningssprøjten for at sikre, at eventuelle luftbobler stiger til vejrs.
17. Tryk forsigtigt på stemplet for at fjerne luftbobler, indtil insulin fylder hele det orange kanylehus og kanylen, og du ser mindst én dråbe insulin ved kanylespidsen **(se figur H)**.
18. Før igen kanylen ind i den hvide membran, og fyld langsomt reservoiret med insulin **(se figur I)**. Det er normalt at føle lidt modstand, mens man langsomt trykker på stemplet.
19. Bevar trykket på stemplet, mens du fjerner kanylen fra reservoiret. Kontroller, at der ikke er nogen lækage i reservoiret. Hvis du opdager insulinlækage, skal du kassere reservoiret og gentage hele processen med et nyt reservoir.
20. Kassér altid kanyler, sprøjter, reservoirer og infusionssæt i henhold til lokale retningslinjer. Kanylerne skal kasseres i en egnet beholder til skarpe genstande. Forsøg ikke at sætte hætte på kanylerne igen, da der er risiko for, at du stikker dig. Vask hænderne grundigt efter håndtering af komponenterne.







Har du spørgsmål til din diabetesbehandling, skal du kontakte dit diabetesteam.

Scan koden, og se filmen om, hvordan du fylder et reservoir

Du finder flere instruktionsfilm på **rubinmedical.dk**

Dette materiale er en forkortet version hentet fra Tandem t:slim X2™ brugervejledningen. Se venligst brugervejledningen for komplet information. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 er beregnet til brug af personer som er 6 år og opefter.

2025 Rubin Medical ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Tandem Diabetes Care er et registreret varemærke og t:slim X2™ og Control-IQ™ er varemærker, som tilhører Tandem Diabetes Care Inc.

rubinmedical.dk Tlf. +45 70 27 52 20

DK-2165-250324